

### 《抗原定性検査キット仕様》

- ・鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2の抗原を検出するもの。
- ・厚生労働省の新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品（抗原検査法（簡易キット））として承認を得ているもの。
- ・納品時に使用の有効期間が18か月以上あるもの。
- ・常温（2～30℃）で保存ができるもの。
- ・判定が15～30分でできるもの。
- ・納品時に使用の有効期間が18か月以上あるもの。
- ・参考品としては「SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）、エスプライン SARS-CoV-2（富士レビオ株式会社）」が挙げられ、同等の性能を有するものであること。

参考：抗原定性検査キット：SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト（ロシュ・ダイアグノスティックス㈱）

